



Znak sprawy: ZUO102/090/2020/MS

Szczecin, 29.05.2020 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowanie poniżej 30 000 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia, sprzętu i odczynników do wykonywania analiz na potrzeby Laboratorium.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Pytanie nr 1

Część 3, poz. 20 (Wzorzec na bazie węgla wapnia o wartości węgla 0,9÷1,1 % C. Do analizatorów CHS z piecem oporowym - 50 g).

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie opisu zamówienia w sposób jednoznacznie umożliwiający dobór produktu, podany opis niestety jest zbyt ogólny. Ewentualnie prosimy o wskazanie przykładowego producenta i numeru katalogowego, do którego Wykonawcy mogliby się odnieść porównując parametry produktu oferowanego z oczekiwanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Wzorzec na bazie węgla wapnia o wartości węgla 0,9÷1,1 % C. Do analizatorów CHS z piecem oporowym do analizy węgla za pomocą aparatu CHS 580 firmy ELTRA, typu NCS-DE 2017-1 lub równoważny – 50 g.

Pytanie nr 2

Część 3, poz. 13 (Chlorek cyny (II) dwuhydrat typu Merck lub równoważny o czystości spektralnej, min. 99,0 % -op. 100 g)

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie i potwierdzenie poprawności opisu. W katalogu firmy Merck nie jest dostępny produkt spełniający jednocześnie wszystkie z podanych parametrów: o czystości spektralnej, min. 99,0% i opak. 100g.

Odpowiedź na pytanie nr Pytanie nr 2

Zamawiający posiada wiedzę, że odczynnik produkowany jest w zakresie od 98 % do nawet 103 %, ale celowo została wpisana wartość min. 99 % gdyż na takiej partii Zamawiającemu zależy. Wskazanie nazwy Merck miało na celu jedynie określenie parametrów jakościowych

produktu tym bardziej, że Merck stanowi grupę, w której skład wchodzi również inne podmioty oferujące produkty o cechach równoważnych do tych określonych w OPZ.

Pytanie nr 3

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania na dostawę materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia, sprzętu i odczynników do wykonania analizy na potrzeby laboratorium Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie zwracamy się z prośbą o:

Wydzielenie pozycji

24.	Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, rozmiar S (6-7) - (op. 100 szt.)
25.	Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, przedłużane rozmiar S (6-7) - (op. 50 szt.)
26.	Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, rozmiar M (7-8) - (op. 100 szt.)

Z pakietu. Rękawiczki w dobie pandemii są towarem deficytowym i dostępność ich jest bardzo ograniczona. Nie można przewidzieć dostępności w wyznaczonym czasie. W pierwszej kolejności dostarczane są do jednostek ochrony zdrowia.

Wydzieleni pozycji:

23.	Wata bawełniano-wiskozowa - (op. 100 g)
27.	Balsam płyn do mycia naczyń Aloe Vera - (op. minimum 900 ml)
34.	Taśma DYMO D1 12 mm x 7 m Biała / Czarny nadruk do ręcznej drukarki DYMO LabelManager 280


Wydzieleni tych pozycji, które nie są standardowym wyposażeniem laboratoryjnym, umożliwi przedstawienie oferty większej ilości oferentów, a co za tym idzie uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź na pytanie nr3

Zamawiający odrzuca możliwość wydzielenia przedstawionych przez Państwa pozycji z części 2 Opisu przedmiotu zamówienia, w celu utworzenie odrębnego zamówienia. Dotychczas Zamówienie publiczne na dostawę materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia, sprzętu i odczynników do wykonywania analiz na potrzeby laboratorium Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie przebiegało w takim podziale i Zamawiający nie widzi potrzeby wyodrębnienia dodatkowej części postępowania.

Wyjaśnienia treści Zaproszenia dokonane przez Zamawiającego na skutek pytań zadanych przez Wykonawców mają charakter wiążący i jako takie stanowią integralną część Zaproszenia.

Zatwierdzam:



Dyrektor Generalny