

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do 4 szt. analizatorów 6888A O2 wraz z usługą przeglądu i diagnostyki oraz kalibracji gazem wzorcowym, oraz dostawa 3 sztuk pH-metrów na cyrkulację cieczy w absorberach A2.

Zakres dostawy obejmuje:

1. Części zamienne do analizatorów 6888A O2:
 - Model 6888 Cell Replacement Kit - 3' (6A00455G02) – **1 komplet**
 - Model 6888 Snubber Diffuser (6A00453G01) – **2 komplety**
2. 3 sztuki pH-metrów 3400HTVP-10-21-30 pH/ORP Sensor - PERpH-X™ Retractable / Variopol Connector (3400HTVP)

Zakres usług obejmuje:

Przegląd i diagnostykę oraz kalibrację gazem wzorcowym (gaz po stronie Wykonawcy) 4 sztuk analizatorów 6888A O2. Usługa wykonywana będzie na pracującej instalacji - każdorazowo do przeglądu i kalibracji może być wykorzystany wyłącznie jeden analizator. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia sporządzony powinien być protokół z przeprowadzonych czynności.